

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
112GOV004	口部肌力評估訓練暨紀錄系統	(報價需含稅及安裝費) 1. 口部肌力評估訓練暨紀錄系統主機(IOPI Pro)/1台 2. 口部肌力評估訓練暨紀錄系統專用壓力球/5個 3. 攜帶箱/1個 4. 壓力球連接管/1隻 5. 壓力精準度檢查套件/1式 6. 病人數據表/1式 7. 壓力球擺放位置表/1式 8. 口部肌力評估報告產生軟體/1式 9. USB安全鎖/1個 10. Mini-USB到USB連接線/1條 11. 外加口部肌力評估訓練暨紀錄系統專用壓力球/80個	1組	語言治療系	112年4月26日上午10時	詳細規格請參閱投標文件(第三次招標)
112GOV011	數位影像裂隙燈顯微鏡	(報價需含稅及安裝費) 數位影像裂隙燈顯微鏡規格 顯微鏡 1. 5段變焦5倍，10倍，16倍，25倍，50倍（傾斜角度：13.2°）。2. 目鏡放大12.5倍。3. 目鏡屈光度調節範圍8D~+ 8D。4. PD調整範圍55毫米到80毫米。5. 工作距離100.5毫米。6. 到達距離314.0毫米 照明系統 1. 光源5W鹵素色白光LED。2. 裂隙寬度0毫米至16毫米連續可變、旋轉角度左右90°。3. 裂隙長度Φ0.2, 1, 2, 5, 10, 14, 16mm，1至12mm連續可變。4. 裂隙垂直角度0°，5°，10°，15°，20°。5. 狹縫傾斜寬度距目標表面左右8毫米。6. 過濾器完全透明，ND（減少12.5%），綠色，藍色 影像系統 1. 分辨率2592x1944 ppi分辨率，500萬像素。2. 視頻圖像輸出HD 1296x972像素。3. 幀速率30 fps。4. 接口USB3.0。5. 電源輸入：5V，功耗：3W。6. 重量790克(+5%) 數據存儲 1. 圖像JPEG。2. 錄影AVI 主機滑動檯 1. 水平移動100 x 110毫米（操縱桿操作）。2. 垂直移動30毫米（操縱桿旋轉） 重量、尺寸 1. 350(+5%) (W) x678.5(+5%) (H) x387(+5%) (D) mm 配件 1. 台製大桌面電動升降桌。2. 32吋 4K IPS高解析螢幕含螢幕支架。3. 系統電腦 4. 需附衛署醫療器材輸入許可證明 5. 需非大陸製造與輸入產品	1組	視光系	112年4月26日上午10時	詳細規格請參閱投標文件(第三次招標)

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
112GOV049	視網膜鏡	(報價需含稅及安裝費) 1. XHL氙鹵燈泡技術。 2. 條狀或點狀視網膜鏡，可藉由簡易更換燈泡來轉換。 3. 橘色濾鏡，減少患者炫光感且不影響檢測。 4. ParaStop 設計，可迅速選擇平行光束。 5. 線條光束為1.1mm以下，寬度為35mm以下。 6. 獨家線性無段亮度調整，可單指調整 3% 至 100% 的亮度。 7. 金屬控制器。 8. 免保養。 9. 整合偏光濾鏡，可消除散光與反射光。 10. 可拆接式窗櫺(blow rest)	9組	視光系	112年4月26 日上午10時	詳細規格請 參閱投標文 件(第二次招 標)
112GOV050 經絡理療	經絡理療機	(報價需含稅及安裝費) 1. 主機規格尺寸：25*17.5*8.8cm(寬*深*高)±10%。 2. 電源：直流 6V、3 號鹼性電池四枚。 3. 電壓：電源供應器為 110V。 4. 平均輸出電壓：1V~50V±5%。 5. 輸出電流：0.006A±5%(安培)。 6. 輸出頻率：10HZ-500HZ。 7. 單組輸出功率：0.6W~5.4W。 8. 輸出波寬：50μS。 9. 輸出波形：方形波與脈衝波。 10. 刺激速度：每隔 0.12/0.5/1/1.5/2 秒,週期循環系統。 11. 獲得衛部醫器製字證號。 12. 配件：主機x1、變壓器x1、小饅頭x1、自黏式貼片(扣式)x4、舒活棒x1、網子x1、負極片x2、傳輸線x2、黑色皮箱x1。	3台	製藥工程 系	112年4月26	詳細規格請 參閱投標文

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
112GOV050 經絡理療機6台	經絡理療機	(報價需含稅及安裝費) 1. 主機規格尺寸：25*17.5*8.8cm(寬*深*高)±10%。 2. 電源：直流 6V、3 號鹼性電池四枚。 3. 電壓：電源供應器為 110V。 4. 平均輸出電壓：1V~50V±5%。 5. 輸出電流：0.006A±5%(安培)。 6. 輸出頻率：10HZ~500HZ。 7. 單組輸出功率：0.6W~5.4W。 8. 輸出波寬：50μS。 9. 輸出波形：方形波與脈衝波。 10. 刺激速度：每隔 0.12/0.5/1/1.5/2 秒,週期循環系統。 11. 獲得衛部醫器製字證號。 12. 配件：主機x1、變壓器x1、小饅頭x1、自黏式貼片(扣式)x4、舒活棒x1、網子x1、負極片x2、傳輸線x2、黑色皮箱x1。	3台	生物醫學 及美容保 健科	日上午10時	件(第二次招 標)
112GOV051	熱美肌	(報價需含稅及安裝費) 1. 尺寸：長32x寬18 x高10 cm ± 1cm。 2. 電源電壓：110V/50-60Hz 3. 內容物：主機、握把、電源線、64矩陣探頭、36矩陣探頭、四極探頭。 4. 運用獨特的電波(RF)技術，以安全的方式同時加熱皮膚深層，讓您的皮膚在整個療程中完好無缺。	6台	生物醫學 及美容保 健科	112年4月26 日上午10時	詳細規格請 參閱投標文 件(第二次招 標)
112GOV052 空氣清淨機	空氣清淨機	(報價需含稅及安裝費) 1. 美國AHAM檢測CADR值765，代表處理髒空氣速度最快，使用坪數4-20坪皆可使用（經濟部節能標章、高CADR、低噪音、低耗電） 2. 360度大面積進氣吸附髒空氣面積較傳統空氣清淨機大4-6倍（英國抗過敏認證、有效減少暴露的煙、塵蟎、貓、狗、蟑螂、花粉和黴菌過敏原） 3. HEPA面積最大，0.1um微粒濾淨效果99.97%，24小時開啟，持續室內1~1年半最佳品質 4. 改良型CZP濾網有效處理炒菜、寵物等氣味甲醛等異味 5. 銀銅鈦+紫外線殺菌（5分鐘抑菌能力99.9%） 6. 室內充滿「負離子」好空氣(擁有森林般好空氣) 7. 最多醫師使用，評價最高(超過3000家醫院、診所、防疫旅館.....等) 8. 人員定時檢查，專業技師大保養服務(機器內部清潔、風扇除垢、檢查電路、馬達狀況) 9. 全機5年保固，採用最新磁浮馬達，保用15年以上 10. 濾網：3個HEPA主濾網（一年至一年半更換一次），3個CZP強效型活型碳除臭網 11. 尺寸 610Hmm (+5%) x 380Dmm(+5%)	2組	寵物照護	112年4月26	詳細規格請 參閱投標文

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
空氣清淨機5組	空氣清淨機	(報價需含稅及安裝費) 1. 美國AHAM檢測CADR值765，代表處理髒空氣速度最快，使用坪數4-20坪皆可使用（經濟部節能標章. 高CADR. 低噪音. 低耗電） 2. 360度大面積進氣吸附髒空氣面積較傳統空氣清淨機大4-6倍（英國抗過敏認證. 有效減少暴露的煙. 塵蟎. 貓. 狗. 蟑螂. 花粉和黴菌過敏原） 3. HEPA面積最大，0.1um微粒濾淨效果99.97%，24小時開啟，持續室內1~1年半最佳品質 4. 改良型CZP濾網有效處理炒菜. 寵物等氣味甲醛等異味 5. 銀銅鈦+紫外線殺菌（5分鐘抑菌能力99.9%） 6. 室內充滿「負離子」好空氣(擁有森林般好空氣) 7. 最多醫師使用，評價最高(超過3000家醫院. 診所. 防疫旅館.等) 8. 人員定時檢查，專業技師大保養服務(機器內部清潔. 風扇除垢. 檢查電路. 馬達狀況) 9. 全機5年保固，採用最新磁浮馬達，保用15年以上 10. 濾網：3個HEPA主濾網（一年至一年半更換一次），3個CZP強效型活型碳除臭網 11. 尺寸 610Hmm（+5%）x 380Dmm(+5%)	3組	與美容系	日上午10時	件(第二次招標)