

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
1	110GOV051	110-09-003	酸鹼度測定儀	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.寬野清晰LCD數字顯示螢幕 2.可選擇自動/手動pH(3點)校正功能 3.保存最近的校正值，可用於pH直接測量 4.自動讀取穩定值”Stable”顯示及自動測量pH的功能 5.具Slope顯示功能;可得知電極老化程度 6.自動pH校正液檢視功能 7.自我內部診斷功能 8.可記憶50組測量值 9.自動溫度補償；自動關機功能 10.可調校實際的溫度值 11.操作步驟印於面板上，易於使用者使用 12.雙向RS-232介面可作遠端控制 13. pH範圍：0.00～14.00 14. 解析度：0.01 15. 精確度：±0.02圖片僅供參考以實物為準 16. mV範圍：±1999.9 mV 17. 解析度：0.1 18. 精確度：±0.2 19. Temp範圍：-10℃～110℃ 20. 解析度：0.1 ℃ 21. 精確度：±0.4 ℃ 22. Slope：80～120 % 23.標準配件： a. pH塑膠電極/ATC溫度探棒 各一支 b. pH標準校正液(pH=4.00、7.00、10.00) 125 mL 各一瓶 c. DC變壓器 一個 d. 塑鋼硬質電極支撐架(電極頭座可180度旋轉) 一座 e. 中英文操作手冊 各一本	2台	食品營養系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
2	110GOV052	110-09-015	營業用高功率微波爐	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 產品尺寸:外部尺寸(寬x深x高)422x508x337 mm 內部尺寸(寬x深x高)330x310x175 mm 產品電壓:220 V / 60 Hz；14.5Amps 電力消耗:3000 W 輸出功率:1800(高)、750(中)、300(解凍) ●微波、熱能由內而外。 ●體積小，功能大超強功率事半功倍。 ●微波頻率2450Hz、輸出功率大，快速烹調。 ●上下加熱，出產品迅速。 ●不銹鋼清洗方便、經久耐用。 ●10個按鍵，AB兩組記憶，共有20組產品設定。 ●三段加熱，故障自動顯示。	1台	餐旅管理系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
3	110GOV053	110-09-021	平衡訓練器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 品牌：FITTER 型號：PF2 (或同等商品) 1.可進行上、下肢肌力訓練、核心訓練、穩定度 訓練與運動傷害後的復健運動 2.提升平衡感、協調性與敏捷性 3.加強核心肌力與穩定性 4.改善心肺耐力 5.改善本體感覺，降低運動傷害發生風險 5.四段可調整強度，獨立腳踏墊，可依據需求自行調整 6.產品包含：訓練器本體一個、可拆式軟質坐墊 一個、光碟一片	1台	運動健康與休閒系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
4	110GOV054	110-09-022	數位檢測訓練組	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 品牌：TE3 型號：TE3-100 (或同等商品) 1.長度：100CM 重量：600g 2.搭配專屬APP 可即時監控訓練成果數據 3. APP 內建6 種檢測功能，另有超過40 種的訓練 功能 4. IP52 防塵防水等級 5. 內附USB 充電線，充滿電力可連續使用2~3 周	1台	運動健康與休閒系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
5	110GOV055	110-09-023	標準型背肌力計	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 品牌：TTM 型號：TTM-QM(或同等商品) 1.尺寸：35CM長x27CM寬 2.重量：6.8公斤 3.測量範圍：0-300公斤 4.可依手臂長短調整鍊條長度	1台	運動健康與休閒系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
6	110GOV056	110-09-024	多功能沐浴 娃娃模型	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.身長約48cm；頭圍34cm ；重量3000g 2.男女各一。 3.軟質矽膠製頸部柔軟似真人，全身一體成型無接縫，可彎曲，全身重量分配平均，頭骨、大小囟門、鎖骨與脊椎可實際練習觸摸，耳朵可反折，臍帶可組合分離，耐水洗，皮膚及頭髮可保持柔軟彈性且不退色。 4.上下肢之關節具真人之皮膚皺摺、手紋及腳紋。 功能： 1. 練習沐浴、穿衣 2. 外觀評估及測量(頭、囟門、脊椎)，可實際觸摸到脊椎及鎖骨 3. 抽吸練習(鼻孔至喉部可插入5cm，口腔深入15cm至胃部) 4. 耳鼻喉口之清潔練習 5. 臍帶護理 6. 肛溫測量動作練習(可實際插入5cm) 7. 新生兒體操 8. 隱匿症檢查(限男的) 9. 具大、小陰唇構造，可練習清潔及排尿(限女的) 10. 母乳哺育練習 11. 具有似真的胸骨及鎖骨，用於訓練對新生兒骨折的判斷 12. 具有似真的前後囟門，冠狀縫和矢狀縫 附件： 1. 原廠攜行袋x1 2. 分離式臍帶x1(含動脈血管(紅色),靜脈血管(藍色)標示)	2具	幼兒保育系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
7	110GOV057	110-09-026	空氣清淨機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 適用面積 19坪 電壓頻率 110V/60Hz 電功率 90W 尺寸：本體 36CM(寬)(+1%)* 36CM(深)(+1%)*60CM(高)(+1%) 淨重：約11.5 KG (1)即時偵測：PM2.5及溫溼度感知及顯示，隨時掌握家中空氣品質及溫溼度。(2)寵物毛髮過濾(3)硬體保固1年	2台	幼兒保育系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
8	110GOV058	110-09-030	高級多功能靜脈訓練手臂	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 材質：矽膠及PVC複合材料製成重量約2.5公斤 功能：成人男性手臂具外掛式血液瓶注入模擬血・可學習正確穿刺外周靜脈進行血液採樣。以下靜脈可被刺破：貴要靜脈，頭靜脈，中央肘靜脈，手背靜脈・靜脈注射・定位蝶形導管・具手臂血管解剖套，可學習從手背到上臂的血管及神經的分布。・具輸液瓶及掛架，可模擬血流壓力 附件內容：・1個輸液瓶・1個支架・1瓶模擬血濃縮液（250ml）・1個塑料杯・1個一次性注射器和2個注射插管（建議插管尺寸：20和21規格）・2個更換接頭・1罐滑石粉・1個上臂圍26cm手腕圍16cm長度55cm±5%的手臂血管解剖套	2組	醫學檢驗生物技術系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
9	110GOV059	110-09-031	桌上型離心機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： RS-240A Swing Rotor 水平轉子(4,000rpm) 053-5850 Bucket 5ml細採血管/10mlx24 離心試管架 本體規格： 1) 最高迴轉速：4,000rpm 2) 最大離心力：2,610xG 具有離心力及轉速換算功能 3) 具備新式的不平衡偵測功能，可在啟動後2秒左右就偵測出不平衡，減少試管破損，縮短再離心的時間，並可避免馬達軸心損壞 4) 控制方式：微電腦控制；可設定：轉速、離心力、時間、離心加速/減速強弱(可設定任一轉速點在煞車過程，自動關掉煞車，以自然減速至停止) 5) 液晶顯示螢幕的背光會在離心完成時自動熄滅，同時讓操作者知道以離心完成 6) 可內建99組程式記憶 7) 具有3組程式選擇快速按鍵，不用進選單 8) 驅動方式：變頻式無碳刷馬達 9) 計時器：微電腦數字設定 1sec 1min 1hr選擇，附HOLD 10)速度設定範圍：200~4000rpm 10rpm間隔 11)離心停止警示音：5種音樂及無音可供選擇 12)上蓋門鎖採用電動方式，只需輕輕蓋上即自動扣緊 13)電源：AC110V/4.9A/60Hz 360W 14)尺寸：34(W)x42(D)x33(H)±5% cm 15)重量：約20 Kg 16)通過ISO-9001及ISO-13485國際品質認證 17)符合IEC 61010-2-020國際安全規範	1台	醫學檢驗生物技術系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
10	110G0V060	110-09-033	精密恆溫培養箱	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 溫度使用範圍：0℃ to +60℃ 溫度分佈精度：0.5at20℃ 溫度控制精度：±0.1℃ 溫度控制器：微電腦PID控制器,無接點SSR出力 溫度顯示：LED數字式指示,設定值與測定值同時顯示 溫度設定：面版全觸摸式設定 加熱器：800W 冷卻系統:1/4HP 內部攪拌：風扇強制循環 內槽體：SUS#304 外槽體:烤漆鋼板 放置架：180L二層放置架 內部尺寸：600*500*600 mm±30mm 外部尺寸：680*690*930 mm±30mm 具玻璃視窗及小門 電源：110V 60HZ	1台	醫學檢驗生物技術系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
11	110GOV061	110-09-034	直立式蒸氣 滅菌鍋	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 內鍋尺寸： 300 D700 (mm) ±3% 2. 外部尺寸：W450 H1170 D580 ±3% (mm) 3. 容積：49L±3% 4. 重量：63kg±3% 電源：AC 220V 1Ph, 50/60Hz, 15A 功能特性： 1. 鍋門： 不鏽鋼門蓋經拋光處理經久耐用美觀不沾污，鍋門採手動轉動方式開啟，低熱傳導把手配合門桿旋轉軸使鍋門轉動容易，門蓋上一體成型矽膠門墊圈耐高溫且氣密度良好。 · 門蓋材質：不鏽鋼 304 · 把手材質：PC 材質 · 門墊圈材質：一體成型矽膠門墊圈 2. 胴身、外殼： 直立式圓筒型胴身，容量大可滿足不同物品所需，物品可一次滅菌不需分次處理。鍋內經拋光處理經久耐用美觀不沾污。 · 胴身材質：不鏽鋼 304 · 外殼材質：不鏽鋼 304 3. 滅菌及乾燥功能： 具有滅菌及乾燥功能可供選擇，滅菌行程自動運作至完成結束，滅菌完成後可切換至乾燥模式，特殊乾燥裝置設計使物品乾燥效果良好，過程中並有燈號顯示。 · 滅菌溫度：121℃ ~132℃ · 滅菌壓力：1~2kg/cm2 · 滅菌/乾燥定時器：0~60mins 4. 控制系統：採用精密的進口控制元件以確保每個動作精準穩定。 5. 壓力/溫度錶： 精準的壓力/溫度錶（0~4kg/cm2）隨時顯示鍋內壓力與相對溫度。 · 精度：± 1.5%F.S；巴登管材質：銅合金 6. 加熱系統： 採用高功率不鏽鋼電熱管，可快速加熱縮短預熱時間，特殊乾燥裝置設計使物品乾燥效果良好。 · 電熱管功率：2.5kw 續下頁 · 乾燥加熱器功率：600w 7. 卻水裝置： 裝有蒸氣流水器可將鍋內未飽和蒸氣排出以確保滅菌時蒸氣維持在飽和狀態。 · 蒸氣排出裝置取得第三公證單位認證，並於投標時檢附相關書面證明文件。 8. 活動輪及固定輪： 底盤裝有活動輪及固定輪，方便移動及固定位置。 安全裝置： 1. 高壓蒸氣滅菌機的安全結構取得第三公證單位認證，並於投標時檢附相關書面證明文件。 2. 安全閥： 當壓力超過最高容許使用壓力時，安全閥會自動排氣洩壓。 · 安全閥：2.5 kg/cm2 3. 雙重過熱保護裝置： 當鍋內溫度過高時，機器鳴叫警報並自動切斷加熱電源。 · 過熱保護開關：140℃ · 溫度開關：150℃ 4. 電路斷路器： 當電路短路或過載時，電路斷路器跳開以保護電器元件。 · 電路斷路器：20A 5. 緊急排氣： 緊急狀態或停電時可打開排氣閥將鍋內蒸氣排出以取出物品。 品質認證： 1. 機器依照電器安規測試標準-IEC/EN 61010-1:2010 及 IEC/EN 61010-2-040:2005 等規定製作（經第三公證單位認可）並經檢測通過（檢附相關書面證明文件）。 2. 產品用電標準規範依照 EMC 要求標準程序製作（經第三公證單位認可）並經檢測通過（檢附相關書面證明文件）。 3. 產品依照歐盟 CE 低電壓指令（2006/95/EC；2004/108/EC）製作（經第三公證單位認可）並經檢測通過（檢附相關書面證明文件）。 4. 機器取得行政院衛生署醫療器材許可證（檢附相關書面證明文件）。 5. 機器由 GMP 醫療器材優良製造廠商製造（檢附相關書面證明文件）。 附件： 1. 不鏽鋼底板 1。 2. 不鏽鋼雙層置物網籃 1 組。 3. 排水管x1 4. 使用及保養維修手冊乙份 備註： 1. 包含交機/安裝及試車。 2. 滅菌鍋安裝完成後於工址或指定之地點實施操作人員教育訓練，包含下述內容：相關	1 台	醫學檢驗生 物技術系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
12	110GOV062	110-09-035	熱風烘箱	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.溫度範圍:40~200度C 2.內部尺寸:W45xD40xH40±5%cm 3.外部尺寸:W56xD55xH74±5%cm 4.容量:72L 5.材質:內部不銹鋼板SUS430 外鍍鋅鋼板+粉體烤漆 6.溫度控制器:PID微電腦自動演算型溫度控制器 雙字幕顯示 7.控制系統:SSR比例式控制 8.安全裝置:超高溫保護控制器 馬達保護器 9.加熱器:進口加熱器 10.送風機:採耐高溫專用長軸馬達 多翼風扇單向水平送風 11.保溫:進口陶磁棉及岩棉保溫 12.門:單門式 迫緊採耐高溫矽膠 13.棚板:鋼條式 附2組 可自由調整高低 14.電壓:AC110V 單相 14A	1台	醫學檢驗生物技術系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
13	110GOV063	110-09-037	超音波洗淨器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 用電源：60v，60hz，水槽尺寸：300x240x150±5%(mm)，水槽容積：10.8 l 振盪頻率：40khz，洗淨功率：200w，加熱功率：250w，最高定時：99分鐘 溫度：可調至～99℃	1台	醫學檢驗生物技術系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
14	110GOV064	110-09-038	Horus數位耳 鏡組	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含 責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設 備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同 等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 一、Horus攜帶型數位醫療影像系統 主機 功能特 性：•高解析：1920x1080 •光源：Natural whiteLED •焦距範圍：5 ~ 25 mm •顯示螢幕： 3.5 全彩 LCD •可拍照錄影：影像定格JPEG/錄影 H.264 單鍵操作 •輸出介面：迷你 USB、AV 端子 •記憶容量：Micro SD card 8G 可擴增為 32G • 電源：充電式鋰電，充5 小時可使用3.5 小時 •電 源充電：100~240 VAC、5V DC，1.2A •可外接電 視、電腦(桌筆電)顯示 •錄影中可拍照功能 標準 配備 主機x1、充電座x1、USB變壓器x1、充電式鋰 電池x1、迷你USB連接線x1、AV端子線x1 二、耳鏡 鏡頭 保養一年一次 保固一年	1組	語言治療系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限 內將報價單(報價單須含 詳細規格型錄以利校方 審查)送交總務處事務組 張先生，分機：268。
15	110GOV065	110-09-039	眼動觀察分 析軟體	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含 責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設 備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同 等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 記錄眼動數據，觀察使用者眼球移動區域 位置及順 序 數據可儲存為影片，藉此瞭解並評估使用者 的 眼動能力	1組	語言治療系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限 內將報價單(報價單須含 詳細規格型錄以利校方 審查)送交總務處事務組 張先生，分機：268。
16	110GOV066	110-09-040	八格掃描式 溝通板	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含 責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設 備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同 等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 允許使用一個或兩個開關來“掃描”8個不同的語 聽覺提示、掃描速度可調，以適應各種不同的能 力。 尺寸：12 “Lx7½” Wx2½ “H。 4顆AA電池。重 量：1½磅。	1組	語言治療系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限 內將報價單(報價單須含 詳細規格型錄以利校方 審查)送交總務處事務組 張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
17	110GOV067	110-09-041	電子防潮櫃	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： (一)全自動電子平衡除／控濕心臟 1.利用特殊配方乾燥材大表面積物理吸附空氣中的濕氣及物件本身吸附的水氣，並平衡控濕在25-55%RH。2.採形狀記憶合金精密微機械全自動循環式主控、零耗材、無噪音、無震動。3.常溫除濕沒有加熱除濕變質問題，也沒有冷凍晶片溫差冷凝除濕力受環境溫度變化影響問題。(二)獨立溫濕度監控/顯示儀錶 1.除濕與濕度監控採雙感應器分離式設計，確保獨立客觀監控濕度品質；避免微電腦整合數位電路易失真、作假、故障、不易維修且斷電喪失監控功能。2.濕度顯示範圍：0~100%RH。(三)省電及斷電保護機能 1.省電節能設計，當控制濕度已達設定值時，則自動全部斷電以節約用電。2.乾燥材在斷電時沒有冷凍晶片結霜、化水、反潮喪失功能問題，其多孔狀的毛細吸濕能力在斷電24hr內可維持55%RH的安全保管保護功能。(四)防塵氣密櫃體：防鏽烤漆氣密鋼櫃；玻璃門面。	1台	語言治療系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
18	110GOV068	110-09-042	1/2/4/8/16鍵-成長溝通板	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： Communication Builder1/2/4/8/16鍵-成長溝通板，1/2/4/8/16格框五種單頁，隨進度可更換格框頁 •錄音：總錄製時間為300秒 •3號電池4顆，直接按鍵，同步調整音量，內建提環 •尺寸: 12 1/2" L x 9 3/4" W x 4" H •重量: 2 1/4 lbs 保固一年	1組	語言治療系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
19	110GOV069	110-09-043	握式開關	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： Grasp Switch 握式開關 啟動方式：握壓方式啟動 黑色泡棉軟墊開關 保固一年	1組	語言治療系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
20	110GOV070	110-09-044	7句拿走或放上溝通拼板	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 7 MESSAGE TAKE OR PLACE 'N TALK GO! BOARD 7句 拿走或放上溝通拼板 4號電池 4顆 錄音時間：35秒 聲音播放：拿起方塊圖卡拼板 或 放下圖卡拼板 尺寸：： 29½"L x 5¼"W x3"H 重量： 2¼ lbs. 保固一年	1組	語言治療系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
21	110GOV071	110-09-055	超音波噴霧器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 電源 AC100 - 240 V 50/60 Hz 2. 耗電量 65-85 VA 3. 保險絲額定值 1.25 A(延遲型) 4. 超音波振動頻率 約 1.63 MHz 5. 噴霧能力 3mL/分鐘(±5%) (設定值為風量10,霧化量10時); 0.5mL/分鐘(±5%) (設定值為風量1、霧化量1時) 6. 噴霧粒徑 MMAD 約 6.0um(±5%) (根據EN13544-1)* 7. 送風量最大17L/分鐘 8. 作用槽正確水量 約 450 Ml(±5%) 9. 藥劑槽容量 最多 150 mL 10. 可噴霧容量 10~150mL(使用選購的小容量霧化適配器時:2~12 mL) 11. 尺寸:寬約295x高約219x深約196 mm (±5%) 12. 重量:約2.5kg(±5%) (僅本體) 13. 使用環境條件 +10~+40 C 125~85%RH(無水氣凝結)/700~1060 hPa 14. 保存環境條件 - 20 ~+60 C /10~95%RH(無水氣凝結)/700~ 1060 hPa 15. 電擊保護 等級I設備 16. 安裝部位分類 BF型觸身部分 17. 配件 作用槽、藥劑槽蓋、藥劑槽底座、耐熱吸氣軟管 M(70cm(±5%))附視套、吸嘴、吸入器面罩(大)、藥劑槽×2、專用電源線、使用說明書 18. 產地不得為中國大陸	2台	護理系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
22	110GOV072	110-09-056	體外電擊器 訓練機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 操作程序與實際AED 實機相同，但是機器不會產生放電 2. 具遙控器，可以無線或有線方式操作訓練機，遙控器包含以下功能：a. No shock (不建議電擊) b. Service required (維修提示) c. Electrode pad contact (電擊貼片接觸指示) d. Motion (病患體位移動) e. Replace charge-pak (建議更換電擊貼片) f. Low internal battery (內建電池電量過低提示) g. 情境模式設定 h. Pause (動作暫停) i. Volume control (音量大小調整) 3. 重量不超過 2 公斤(含電池)，主機及遙控器使用一般市售電池即可操作使用 4. 可執行全自動電擊與半自動電擊教學功能 5. 內建 4 組訓練情境模式及 2 組使用者自設情境模式 6. 視窗可顯示以下狀況：機器自我測試功能正常、需更換電池、機器需維修 7. 使用者可自行設定CPR 時間及是否檢查脈搏 8. 機器可設定使用中文語音或英文語音 9. 操作環境溫度：3° to 38°C，儲存環境溫度：-10° to 60°C 10. 產地不得為中國大陸	1 台	護理系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
23	110GOV073	110-09-060	多功能合一 測試儀	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： (一)、測試範圍 1.脂質四合一(膽固醇:100-400mg/dL；HDL；15-100mg/dL；三酸甘油脂:50-500mg/dL；總膽固醇:100-400mg/dL) 2.三酸甘油脂:50-500 mg/dL 3.高密度膽固醇:25-85 mg/dL (二)、採血量(μ L)：脂質四合一 40 μ L $\pm$ 2%；總膽固醇 15 μ L $\pm$ 2%；三酸甘油脂 15 μ L $\pm$ 2%；高密度膽固醇 15 μ L $\pm$ 2% (三)、2分鐘顯示結果 (四)、記憶容量:各30組測試結果 (五)、操作環境:10°C ~40°C (六)、保存濕度(%) :20-80% (七)、儀器重量(g) :121克 $\pm$ 2% (八)、尺寸(mm) :76X140X25(長、寬、高均 $\pm$ 2%) (九)、電源供應:AAA電池2入 (十)、附毛細管 (十一)、每組:含多功能測試儀一台；校正片x 1；皮包 x 1；操作手冊x 1；3A電池x 2；4合一試紙共90片/台,每片只要40 μ L血可測以下4種: a.總膽固醇 b.三酸甘油脂c.高密度膽固醇d.低密度膽固醇e.說明書x 1 (十二)、保固一年 (十三)、產地不得為中國大陸	2組	護理系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
24	110G0V074	110-09-061	高齡者模擬體驗裝置	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.特製安全背心，魔鬼氈式設計，背部以彈簧片設計（非扣環式或加重背心型式），可以強迫呈駝背狀態。 2.全套所有體驗裝置之穿戴(除護目鏡及耳塞外)，皆為魔鬼氈式設計，方便穿脫。胸部及腹臀部各以兩條寬約10cm±0.5cm(胸部)及19cm±1cm(腹部)寬版魔鬼氈包覆身體固定。 3.安全背心內之彈簧片可取出，方便將背心及其他配件清洗保養。 4.模擬高齡者身體機能退化狀態： a.特殊黃化護目鏡：模擬高齡者眼睛機能退化、視野狹窄、罹患白內障的狀態，並體驗對顏色分辨困難、對光線反應減弱的情形。 b.耳栓：可以體驗聽力衰退、對高頻聲音反應不佳。 c.手指、手肘及膝蓋彈性拘束及固定裝置：(一邊兩個)可以模擬高齡者關節退化僵硬之情形，模擬上下階梯的困難度。 d.手腕及踝關節加重裝置：模擬高齡者行動不變的情形。 5.著裝範圍：適合身高155cm-175cm的學員穿著。 6.配件內容： a.耳栓x50副 b.特殊護目鏡 x1 (2層式鏡片設計，外層附黃化鏡片) c.手套x10雙 d.手指固定裝置 x2 (左右各一) e.二折式簧片魔鬼氈式安全背心(68x23cm)±2cm x1 f.魔鬼氈式手肘拘束裝置x2 (左右各一) h.魔鬼氈式膝部拘束裝置x2 (左右各一) i.魔鬼氈式手腕加重裝置(500g)±10g x2 j.魔鬼氈式腳踝關節加重裝置(1000g)±20g x2 k.五折式可收納拐杖x1 l.大腿ABS固定裝置(2x28cm) ±0.5cm x4 m.手肘ABS固定裝置(2x22cm) ±0.5cm x4 n.高齡者體驗中前胸背後中英文掛布x1 o.原廠攜行提袋x1 p.體驗活動教學範例手冊(繁體中文)x1	1組	護理系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
25	110GOV075	110-09-062	智能平衡訓練系統	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： (1) 平衡感測訓練板，上下層圓形結構，底座防滑設計、採藍芽無線傳輸連接。(2) 平板電腦8吋一台，內建專用APP軟體。(3) 軟體內含：協調測試、測試評估、培訓課程(5項)、遊戲訓練(6種)等功能。(4) 遊戲訓練分為雙腿和單腿練習／有訓練前後，左右或組合。提供乒乓球，十字架，蝴蝶，滑雪比賽，足球，賽車等遊戲。(5) 具定位校正功能(6) 操作界面:英文。 非中國製造	1組	長期照顧經營管理系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
26	110GOV076	110-09-063	輪椅垂直律動機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 規格： 1. 頻率：5.6 ~ 13 Hz 2. 振幅：2 mm 3. 操控設計：遙控器 4. 操控程式：7段頻率速度調整+3段自動程式 5. 時間設定：15分鐘 6. 外形結構：高硬度鋼體結構 7. 產品尺寸：約 L 702 x W 456 x H 120 mm 8. 承載重量：100 Kg 9. 電源：AC100 ~ 120V 50/60Hz 以上尺寸公差±5% 功能： 1、自癒力提升：血液循環及身體代謝能力改善 2、暖身協助：運動或肌力訓練前後的暖身及放鬆 3改善便秘，亦可改善頭部、肩部、上背部、腰部及臀部的痠痛、僵硬及慢性疲勞。 4、可依使用者能力搭配站立/坐姿/四腳椅/輪椅等 方式使用,適用健康/亞健康/衰弱老人/輪椅使用者。 非中國製造	1組	長期照顧經營管理系	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
27	110G0V077	110-09-070	擴大機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 擴大機 SA-6000 Pro(或同等級品) 五組音源輸入，三組影像輸出輸入，電腦接唱，音聲多重 *輸出功率：150 W+150 W *負載阻抗：4-16 ohms *頻率響應：20 Hz-20 KHz *音質控制：音樂Bass 100 Hz±10 dB /TREBLE 10 KHz±10 dB/ 麥克風Bass 100 Hz±10 dB/ TREBLE 10 KHz±10 dB *信號雜音比/失真率：75 dB 0.03% *輸入信號強度：音樂 100 mv 麥克風 10 mv *本體規格(W/H/D)：446(+1%)×158(+1%)×330(+1%) (mm) 以上含換裝工資不含材料	4台	通識中心	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
28	110G0V078	110-09-071	壁掛喇叭	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 型號：2180 專音喇叭(或同等級品) 型式：2音路被動式專音喇叭 高音：25mm(1吋)×2 磁冷技術絲質軟半球 低音：200mm(8吋)×1 高效率紙錐盆中低音單體 背部低音反射孔 x2 功率：50W Continuous, 100W Music, 200W Peak 標準阻抗：8 Ohms 最大峰值：113 dB 靈敏度：90 dB(1W@1m) 頻率響應：45Hz ~ 20KHz (+/-3dB) 分頻點：2.3 KHz 輸入接口：4入夾式 尺寸mm：274(+1%)H×456(+1%)W×200(+1%)D 重量：15.08kg/ 對 顏色：鐵灰色 以上含換裝工資不含材料	4對	通識中心	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
29	110GOV079	110-09-075	T型腳座移動式排球柱	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 規格：1.主柱Ø76mm不鏽鋼材質，為可調高度。2.角座規格為100*50*3.0mm鍍方管，長55x寬55x高50cm，附二只\$2"推輪，3.需留2孔以上基座需有防塵功能，可用直徑4分螺牙固定於基座3.基座需植入地下長度10cm以上	1組	體育室	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
30	110GOV080	110-09-076	橫跨肌力訓練台	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 規格：1.尺寸L200xW45xH15~45CM 2.踩踏板表層為防滑緩衝材質。3.兩側踏台可調整0度、25度、35度、45度的角度。	1台	體育室	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
31	110GOV081	110-09-098	ART手術電刀	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 電壓：110V-125V電流：1.15安培 頻率：50/60 Hz 輸出頻率：1.35 KHz~1.75 KHz 最大輸出功率：100Watts 最大輸出電壓：270 RMS VOLTS 總重：4 Kg/淨重：3.5 Kg 尺寸：8.4cm(H)(+5%)x20cm(W)(+5%)x21.5cm(L)(+5%) (產地不得為中國製)	1組	寵物美容學位學程	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
32	110GOV082	110-09-099	桌上型吸引器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 桌上型吸引器（標準型）機體：長54(+5%)x寬26(+5%)x高37(+5%)（公分）吸引瓶容量：3000cc，流量：45L/分 機體淨重：10.8kg 內附：吸引管180(+5%)cm*1條 吸引導管*1條 過濾器(大)*2個 腳踏控制器*1（產地不得為中國製）	1組	寵物美容學位學程	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
33	110GOV083	110-09-100	桌上型滅菌消毒鍋	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 加溫、滅菌、自動回水、乾燥、完成警鈴、斷電自動行程 主鍋容量：26(+5%)*41(+5%)cm 內容積：21.76(L) 外部尺寸：長48.5(+5%)cm*寬48.5(+5%)cm*高40(+5%)cm 滅菌溫度：lowest 121°C，highest 132°C 乾燥時間：使用者自行設定 電流-110V：20A 安全裝置：1.壓力調節閥 2.過熱保護裝置 3.無水自動斷路電子裝置 自不鏽鋼滅菌盒：有(尺寸搭配滅菌鍋) EN60601-1 電路安全測試合格（產地不得為中國製）	1組	寵物美容學位學程	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
34	110GOV084	110-09-101	TOP微量注射幫浦	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 型號：5500 電源：110V 主機*1 夾座*1 移動點滴架*1（產地不得為中國製）	2組	寵物美容學位學程	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
35	110GOV085	110-12-002	65吋液晶顯示器含移動架	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.顯示器 4K Ultra HD LED 2.螢幕尺寸 65 3.Perfect Motion Rate (PMR) 完美運動速率 800 4.面板解析度 3840*2160 5.亮度 Min:280cd/m2, Typ:330cd/m2 6.對比度 900:1MIN /1200:1TYP 7.背光模組 DLED 8.連網功能 YES 9.螢幕格式調整 4:3,16:9, film, PC Mode(HDMI) 10.輸出功率(RMS) 16W 8W+8W 11.加強音效 Dolby Audio 12.HDMI端子數 x3 (支援Miracast) 13.HDMI端子數 HDMI 2.0(*3) 14.USB端子數 2 15.其它連接 TV x1/Earphone x1/AV IN x1/Optical Out x1/RJ45 x1 16.影片播放格式 MPEG-2/MPEG-4/H.264(1920x1080) /H265(up to 4K)/VP9(4K)/HDR /AVS+/RMVB/VC1 17.音樂播放格式 MPEG-1, MPEG-2(Layer I/II), MP3, AC-3, WMA, WMA9, EAC-3, AAC-LC, HE-AAC, DRA, MS11, MS12 18.圖片播放格式 JPEG、BMP、PNG 19.視訊輸入 HDMI 3840X2160 @60Hz 20.數位電視 YES 21.類比電視 YES 22.主電源 AC 100-240V 50/60Hz 23.相容壁掛架 200x200 24.產品尺寸(未包裝) 1464(+5%)x845(+5%)x85(+5%)mm 25.產品尺寸(含底座) 1464(+5%)x906(+5%)x258(+5%)mm 26.產品尺寸(包裝) 1620(+5%)x949(+5%)x210(+5%)mm 27.重量(含底座) W/O 20.1 (+5%)KG 28.含液晶顯示器專用移動架 29.液晶顯示器專用移動架適用37"~65" LCD 30.液晶顯示器專用移動架材質：SPCC高強度鋼板 31.液晶顯示器專用移動架承重：45.5 (+5%)kg 32.液晶顯示器專用移動架底座尺寸：W84.5(+5%)xH71.7(+5%) cm棚板尺寸：W30.2(+5%)xH45.6 (+5%)cm	1組	學務處	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
36	110GOV086	110-12-005	印卡機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.列印方式：熱昇華式(直接列印) 解析度：300 dpi 2.螢幕：液晶螢幕 3.記憶體：64 MB 4.列印速度：全彩列印每小時可達180張卡 黑白列印每小時可達1400張卡 5.卡片規格：CR-80 ISO7810(53.98公厘 X 85.60公厘) 厚度0.25公厘 ~ 1.0公厘 (10mil ~ 40mil) 6.進卡匣容量：100張卡(0.76公厘 / 30mil 厚度) 7.出卡匣容量：50張卡(0.76公厘 / 30mil 厚度) 8.通訊介面 USB 1.1 / USB2.0 可支援 9.尺寸 197.8公厘(寬) X 354公厘(長) X 204公厘(高) 10.含原廠彩色色帶(400面)/捲,空白卡片200張 11.公司貨	1台	學務處	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
37	110GOV087	110-12-006	Intuos Pro Large 雙功能創意觸控繪圖板	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.數位筆：8192階畫筆壓力感應 2.多點觸控：大部分應用程式可使用平移、縮放及旋轉手勢 3.工作區域(寬x深)：12.1 x 8.4 吋 4.實體尺寸(寬x深x高)：16.8 x 11.2 x 0.3 吋 5.紙張尺寸 Letter / A4，最多 10 張(隨附) 6.介面：USB-C、Bluetooth Classic (可連線至個人或 Mac 電腦) 7.快速鍵ExpressKeys：8 個應用程式專屬的可自訂 ExpressKeys 快速鍵、觸控環、快速顯示畫面、輻射式選單、顯示切換、專屬平移、捲動、縮放、筆刷大小、精準模式 8.公司貨	2個	學務處	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
38	110GOV088	110-12-007	運動式攝影機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.機身尺寸(裸機)71.0 x 55.0 x 33.6 mm 2.機身重量(裸機)158g 3.相片 HDR 4.5K 30fps 5.影片格式MP4 (H.264/AVC)、MP4 (H.265/AVC) 6.畫面穩定防手震HyperSmooth 3.0 7.大範圍移動縮時Time Warp 3.0 8.即時串流功能(直播)1080p 9.主螢幕 2.27吋觸控螢幕 10.1.4吋彩色即時預覽螢幕 11水平儀螢幕直接顯示 12配件固定方式機身內建、摺疊固定座 13電池容量1720mAh 14GPS、Wi-Fi、藍牙 15麥克風收音孔在機體下方3個(含進階風切噪音降低功能) 16語音控制 17.TF125G 18.自拍架 19.保護貼	1台	學務處	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
39	110GOV089	110-12-008	先期交通管制系統-1	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.進場方向-RFID 識別 機(管進管出) 2.警衛中控室連線鋪設 3.連動柵欄機關開控制盒	1組	學務處	110年6月18日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。