

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
1	112GOV012	112-11-002	防潮箱	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1容量:585公升 2外箱尺寸(cm):H98.5*W140*D51cm ±1cm (深度包含手把和機3芯外露部分) 3內箱尺寸(cm):H89*W139*D47cm ±1cm 4除濕範圍:25-55%RH 5除溼能力:穩定和緩除濕 6配件:高度可調鋼製耐重層板x3 7除溼原理:常溫常壓，高科技分子篩吸附除濕(形狀記憶合金) 8除濕設計:無段旋鈕式設定，可調整除濕力(H強，M中，L弱) 9櫃體設計:櫃體採用1mm強化鋼板+3mm強化玻璃*無障礙旋轉中柱 10箱體重量(淨重):84kgs 11平均耗電量:3W/每小時 12使用電源:AC110V+10V 50/60HZ 或可預約AC220V+10V 50/60HZ等其它電源 13保固期限:全機五年保固，僅限台灣地區銷售之商品	1台	食品營養系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
2	112GOV013	112-11-003	精密型電子天平	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.秤重：0~220g 2.精密度：0.1mg 3.再線性(標準偏差)：≤0.1mg 4.直線性(線性偏差)：±0.2mg 5.反應顯示時間：3 秒 6.溫度補償：±2ppm/℃(10~30℃/50~86°F)。7.工作溫度：5~40 ℃ / 41~104 ℉。8.秤盤尺寸：直徑 91mm, SUS304 不銹鋼材質。 9.天平尺寸：213(±5%)(W)x356(±5%)(D)x338(H)(±5%) mm；天平重量：6.0 kg 。10.防風窗：四面防玻璃防風窗(上、左、右可開)。 11.校正方式：外部砝碼自動校正。12.秤重裝置：電磁式(磁浮式)設計，感應元件(荷重元)採用一體成型(單模組)技術非簧片組成，具過載保護功能。 13.靈敏度設定：可設定天平 5 段靈敏度，面板上有靈敏度設定鍵可直接設定靈敏度，無須進入選單內設定。14.六段穩定指示偵測可供選擇。 15.另有兩種添加模式(標準、微量添加)可供選擇。 16.顯示螢幕：高對比 LCD 字幕。 17.單位選擇：20 種稱重單位可供選擇，並可同時設定單位直接切換使用。 18.具配方模式添加、百分比、以及計數功能，計數時面板上按鍵可直接切換樣品單重，天平並可記憶五組樣品單重。19.傳輸功能：內建 USB 及標準 RS232 傳輸介面可連接電腦。 20.外部設備：可接天秤專用印表機、標籤機等設備。21.電源系統：100~240V, 50/60HZ 外置式自動變換變壓器。22.產品認證：本產品通過 ISO9001 品保認證及 ISO14001 環保認證及 CE 認證系統。	1台	食品營養系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
3	112GOV014	112-11-004	雙爐銅鑼燒機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.功率：3000W 2.電壓：220V 3.尺寸：長 44(±5%)×寬 67.5(±5%)×高 18.5(±5%)cm 4.烤盤尺寸：長 41×寬 66cm 5.烤盤材質：黃銅	3台	食品營養系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
4	112GOV015	112-11-012	電熱水機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.水溫：熱水 2.容量：30加侖 3.電壓：220V 50-60Hz 4.尺寸：W460xD460xH1350mm 5.消耗功率：加熱 4000W 6.搭載過濾：RO濾水器(需配合單位用水量) 7.附件：熱水機專用增高架	1台	餐旅管理系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		112-11-013	房務檢定單人床	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 110*200*50cm 上下墊	2組			

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
5	112GOV016(房務檢定床組6組)	112-11-014	房務檢定雙人床	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 180*200*50cm 上下墊	2組	餐旅管理系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
		112-11-015	房務檢定直立式加床組墊	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 90*197cm	2組			
6	112GOV017	112-11-019	純水機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 300加侖純水主機 電力:110V 10" 雙膜管 20加侖儲水桶	1組	餐旅管理系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
7	112GOV018	112-11-020	牛排保溫燈(雙燈)	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 尺寸:鎖底圓座6cm/高度約75cm (±3%) 電力:110V 含250W保溫燈炮2個	2組	餐旅管理系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
8	112GOV019	112-11-021	移動式音響	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1. 報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2. 設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3. 允許同等品報價。4. 報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 最大輸出功率:200W, 4Ω Load (class-D) 音箱型式:8吋全音域 頻率響應:50Hz-20KHz±3dB 綜合T. H. D. < 0. 5% 音源輸入:MIC/LINE in x2 (Ø6. 3mm/XLR COMBO), LINE in (Ø3. 5mm), BLUETOOTH in 音源輸出:LINE out (Ø6. 3mm) 外接喇叭:4-8Ω (Ø6. 3mm)，獨立音量控制 電源供應:交流100-240V AC，直流30-32V DC / 4A 使用電池:鉛酸電池：(12V / 5Ah)x2 鋰電池：(25. 9V / 7. 8Ah)x1 使用時間:鉛酸電池：音樂5-6小時，演說10小時以上 鋰電池：音樂8-10小時，演說12小時以上 充電時間:鉛酸電池6小時；鋰電池8小時 尺寸 (mm):290 x 250 x 424 (±3%) 重量 (kg):鉛酸電池：10. 8；鋰電池：7. 8	1組	餐旅管理系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
9	112GOV020	112-11-025	多合一室內空氣品質監測器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 電 源 變壓器 ◆AC輸入：100~240V(50/60Hz) ◆DC輸出：24V最大1A電流 設備 ◆DC輸入：9~36V ◆耗電量：5.2 W 環 境 0~50℃，0%-95%(非凝結狀態) 警 報 控 制 輸 出 控 制 輸 出 點 數 1 點 接 點 承 受 電 流 1A/接點承受電壓：24VDC/接高負載需接中繼 Relay 通 訊 功 能 乙 太 介 面 RJ-45 乙太網路標配/WiFi 選配 通 訊 介 面 RS-485 通 訊 協 定 Modbus RTU、Modbus TCP、Web Service 及 Modbus Inverse 顯 示 幕 數 值 顯 示 背 光 LCD 顯 示 器 73mm*44mm 三 色 顯 示 顯 示 模 式 具 有 AQI 六 段 指 示，可顯示名稱、數值、單位，可顯示即時或平均值 顯 示 範 圍 0~9999(自動範圍小數點) 物 理 條 件 產 品 尺 寸 (mm) 163(+5%)x147.5(+5%)x38.2(+5%) (W x H x D) 產 品 重 量 ≤1Kg 安 裝 方 式 壁 掛 式/攜 帶 式 外 殼 材 質 不 鏽 鋼 記 錄 USB 記 錄 功 能，最大支援至 64GB	1台	環境與安全衛生工程系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
10	112GOV021	112-11-026	四用氣體與人員昏倒救命偵測器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 範圍/解析度：O2-LF： 0~30%/Vol 0.1%Vol；LEL： 0~100%LEL/1%LEL；CO： 0~1000ppm/1ppm；H2S： 0~100ppm/ 0.1ppm。尺寸：140x84x42mm。重量：435(+5%)克。感測器：多達30種可更換的感測頭；可燃性氣體－觸媒燃燒式；氧氣/CO/H2S－電化學式。運作時間：吸引式(非無線)－可連續運作12小時。螢幕顯示：LCD顯示螢幕(45x44mm)，具LED背光，自動螢幕翻轉功能。按鍵：二鍵操作。直接讀值：即時氣體讀值、PID量測氣體與修正係數、人員昏倒警報開/關、合規指示圖標、電力狀態、據儲存開/關、STEL、TWA、峰值及最小值。警報：聽覺(95dB@30cm)、振動、視覺(閃爍紅色LED燈)及螢幕指示警報狀態人員昏倒警報含預警報。數據儲存：持續式數據儲存(以1分鐘為間隔、1天24小時、1週7天，可儲存4顆感測器6個月)。IP等級：IP 65。EMC/RFI：EMC directive: 2014/30/EU。採樣方式：內建幫浦，可透過管子採樣達30m。適用溫度/濕度：-20℃~50℃ / 0~95%相對濕度(非冷凝)。語言選項：繁體中文及英文。出貨滿一年後享有終生免費每年校正一次之服務。	1台	環境與安全衛生工程系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
11	112GOV022	112-11-030	手提式LPG/LNG可燃性氣體偵測器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 偵測原理:觸媒燃燒式 偵測範圍:0~100%LEL 感測器壽命:大於2年 反應時間:T90<10S 準確率:±3% of full scale 參數控制:右側開關(校正、維護、警報設置) 操作時間:約12小時 操作溫度:-20℃~50℃ 操作濕度:10~ 95% RH(非冷凝)	4台	職業安全衛生系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
12	112GOV023	112-11-034	背囊式充氣 浮力BCD (30LB)	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 模組化設計，拆組方便。 • 軟背墊設計，提高舒適度。 • 採用先進的充排氣控制閥系統。 • 側邊二個置物口袋。 • 肩帶4個鋁製D型環。 • 可調整的胸帶及可調整鬆緊的腰帶。 • 增加胯帶，加強穩定度。 • 氣囊材質：1000丹CORDURA/PU氣囊布 • 浮力：13.6(kg) • 重量：3(kg) {PROBLUE}	5件	運動健康與休閒系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
13	112GOV024	112-11-037	多功能沐浴 娃娃模型	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.身長約48cm(+-3%)；頭圍34cm(+-3%)；重量3000g(+-3%)。2.男女各一。 3.軟質矽膠製頭部柔軟似真人，全身一體成型無接縫，可彎曲，全身重量分配平均，頭骨、大小囟門、鎖骨與脊椎可實際練習觸摸，耳朵可反折，臍帶可組合分離，耐水洗，皮膚及頭髮可保持柔軟彈性且不退色。 4.上下肢之關節具真人之皮膚皺摺、手紋及腳紋。 功能： 1.練習沐浴、穿衣 2.外觀評估及測量(頭、囟門、脊椎)，可實際觸摸到脊椎及鎖骨 3.抽吸練習(鼻孔至喉部可插入5cm，口腔深入15cm至胃部) 4.耳鼻口之清潔練習 5.臍帶護理 6.肛溫測量動作練習(可實際插入5cm(+-3%)) 7.新生兒體操 8.隱罩症檢查(限男的) 9.具大、小陰唇構造，可練習清潔及排尿(限女的) 10.母乳哺育練習 11.具有似真的胸骨及鎖骨，用於訓練對新生兒骨折的判斷 12.具有似真的前後囟門，冠狀縫和矢狀縫 附件： 1.原廠攜行袋x1。2.分離式臍帶x1(含動脈血管(紅色)，靜脈血管(藍色)標示)	1隻	幼兒保育系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
14	112GOV025	112-11-038	嬰兒心肺復甦模型	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.尺寸重量:尺寸約58x26x13cm(±5%)，重約5kg(±5%) 2.模型內含充電式鋰電池。 3.可在手機或平板等行動裝置下載QCPR app，與模型藍牙連線。 4.具真實胸骨柄的解剖位置 5.下顎可活動，執行壓額抬顎動作 6.氣道呈現阻塞狀態，需將下顎上抬之後才可暢通氣道，了解暢通呼吸道的重要性 7.頭部的過度伸展會促使氣道關閉 8.正確吹氣可觀察到胸腔起伏 9.外接擠壓球可模擬肱動脈脈搏檢查 10.可在手機或平板app上和電子式操作監測儀顯示按壓深度、按壓速率、回彈不完全和吹氣量等立即性回饋 11.電子式操作監測儀，及手機、平板app上可監測即時心肺復甦訓練結果，包括胸外按壓深度、按壓回彈與否、按壓頻率、操作時間和通氣量。 12.檢視心肺復甦術的練習結果，包括胸外按壓分數、通氣分數、操作時間、胸壓時間比，方便做課後的評估和檢討。 整組包含以下組件： 1.嬰兒安妮模型x1 2.嬰兒服x1 3.電子式操作監測儀x1 4.模擬脈搏擠壓球x1 5.模型用充電組x1 6.替換式臉皮x2 7.替換式肺袋/呼吸道x5 8.拋棄式面膜x1捲 9.消毒清潔組x1 10.原廠操作說明書x1 11.原廠硬式提箱x1 12.附彩色的軟質腦幹模型(含附圖部位名稱說明書，內含70個名稱標示)	1隻	幼兒保育系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
15	112GOV026	112-11-040	孕婦體驗服	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 材質：棉質一成，聚脂纖維九成 2. 標準適用範圍：妊娠8-9個月，身高155~165cm之女性，最大體型為185cm之男性亦可穿著。 3. 重量：約7.2kg (+3%) (矽膠約3.5kg，鐵粒袋1kgx3個，體驗服約0.7kg) 4. 腹部以聚胺脂凝膠urethane gel設計，還原胎兒與羊水在腹中的重心與真實感覺。 5. 腹部重量可依不同懷孕階段做更動。 6. 將腹部與胸部之內容物取出，可用溫水清洗外層體驗衣。 7. 模擬孕婦懷孕身體之負重及行動不便，讓練習者能親自體驗，從中學習照顧孕婦的方法。 8. 附件： 1. 緊身腰帶(防止腰痛用) 2. 保管袋。	1件	幼兒保育系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
16	112GOV027	112-11-043	直立式蒸氣 滅菌鍋	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 內鍋尺寸：Ø300 × 700 (+-3%)外部尺寸(mm)： 450 × 1170 × 580 (+-3%)容積：49L (+-3%) 4. 重量：63kg (+-3%)電源：AC 220V 1Ph, 50/60Hz, 15A 功能特性： 1. 鍋門： 2. 胴身、外殼： 3. 滅菌及乾燥功能： 4. 控制系統：採用精密的進口控制元件以確保每個動作精準穩定。 5. 壓力／溫度錶： 精準的壓力／溫度錶 (0-4kg/cm2) 隨時顯示鍋內壓力與相對溫度。 6. 加熱系統： 續下頁 報 價 單 中華醫事科技大學 聯絡人：報價日期：111/09/21 報價有效期：30天 承辦人： 不鏽鋼門蓋經拋光處理經久耐用美觀不沾污，鍋門採手動轉動方式開啟，低熱傳導把手配 合門桿旋轉軸使鍋門轉動容易，門蓋上一體成型矽膠門墊圈耐高溫且氣密度良好。 直立式圓筒型胴身，容量大可滿足不同物品所需，物品可一次滅菌不需分次處理。鍋內經 拋光處理經久耐用美觀不沾污。 具有滅菌及乾燥功能可供選擇，滅菌行程自動運作至完成結束，滅菌完成後可切換至乾燥 模式，特殊乾燥裝置設計使物品乾燥效果良好，過程中並有燈號顯示。 採用高功率不鏽鋼電熱管，電熱管功率 2.5KW 安全裝置： 2. 安全閥： 當壓力超過最高容許使用壓力時，安全閥會自動排氣洩壓。 3. 雙重過熱保護裝置： 當鍋內溫度過高時，機器鳴叫警報並自動切斷加熱電源。 4. 電路斷路器： 當電路短路或過載時，電路斷路器跳開以保護電器元件。 5. 緊急排氣： 緊急狀態或停電時可打開排氣閥將鍋內蒸氣排出以取出物品。附件：不鏽鋼底板x1、不鏽鋼雙層置物網籃1組、排水管x1、使用及保養維修手冊乙份	1台	醫學檢驗生物技術系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
17	112GOV028	112-11-046	高速微量盤 旋轉震盪器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： ▶ 旋轉速度：300~3,200 rpm▶ 最長連續式震盪時間：8h▶ 時間設定：0~60 min/連續式操作▶ 旋轉軌道直徑：3 mm▶ 最大承載重量：0.3 kg▶ 震盪模式：Vortex-3,200 rpm, Hard-2,600 rpm, Med.-1,800rpm, Soft-1,000 rpm▶ 儀器尺寸：225 x 215 x 150 mm▶ 儀器重量：5.1 kg▶ 電源：100 - 240 V; 50/60 Hz; 10 W▶ 歐洲製造，非大陸廠牌▶ 數位顯示面板	1台	醫學檢驗生物技術系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
18	112GOV029	112-11-047	倒立式顯微鏡用40倍物鏡	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： LWD plan semi apochromat phase objective: LUCPLFLN40XPH 1. 適用機型：OLYMPUS CKX53/IX70/IX71/IX73 2. 主要應用：生命科學研究 3. 倍率：40X 4. NA值：0.6 5. 工作距離(mm)：3.00-4.20 6. 視野數(mm)：22 7. 蓋玻片適用厚度(mm)：0 - 2.00 8. 型態與介質：空氣/乾式 9. 修正調整環：Cover Glass: 0 - 2.0mm 10. 適用觀察方式：位相差、明視野、穿透光暗視野、螢光	1組	醫學檢驗生物技術系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
19	112GOV030	112-11-048	人體骨骼模型	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 高度約170cm 1. 頭蓋骨、雙手及雙腳可拆卸 2. 頭蓋骨可分解成顱頂、顱頂和下顎 三個部份 3. 附有活輪的台架，可自由移動 4. 附防塵套及中文說明書骨骼編號	1組	醫學檢驗生物技術系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
20	112GOV031	112-11-050	溶液過濾滅菌系統	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： ▶ 規格 (110V, 60Hz) ▶ 功率：65W ▶ 耗電流：0.7A ▶ 最大真空度：145 mbar / 650 mmHg ▶ 最大流量：23 L/min ▶ 轉速：1750 RPM ▶ 馬力：1/8 HP ▶ 分貝：50 dB ▶ 軟管接頭：ID8 (5/16 inch) ▶ 真空調壓閥：Yes ▶ 浮球濾心組：Yes ▶ 過熱保護裝置：Yes ▶ 淨重：4.1 Kg ▶ 尺寸 (LxWxH)：28.5 x 13.5 x 20.4 cm ▶ 含玻璃過濾瓶組： 過濾杯：300 ml	1組	醫學檢驗生物技術系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
21	112GOV032	112-11-051	Nu-Vois III Digital Electronic Larynx雙頻 電子喉嚨發 聲器	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 雙頻數位按鍵，各可任選33種不同頻率(44-265Hz) 數位式設計語音更清晰，數位式調整音量大小、語調高低 電源：9V 方形電池 體積：12cm x 3.2 cm 重量：約148 克 內含： 充電式9V 方形電池x2 顆，充電器x1，口內氣動發聲 轉接器(含長短發聲管各三支) 適用對象：無法正常使用頸部發聲者、如：因電療產生 頸部肌肉僵硬者適用。產地不得為中國大陸。	1組	語言治療系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
22	112GOV033	112-11-054	8通道無線腦 機介面	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： a、無線放大器 乾式量測電極 符合10-20系統位置：Fp1, Fp2, Fz, T3, T4, Pz, O1, O2 取樣率：1000 sps 解析度：24 bits 訊號傳輸：無線 使用時間：10小時 b、無線接收器 c、充電傳輸線 d、USB隨身碟 e、攜行盒 f、保固期1年 免費教育訓練每年四小時(保固期內)	1組	語言治療系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
23	112GOV034	112-11-055	電腦多維嗓音分析程式	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 一、CSL 語言工作站主程式 1. 可分析LPC 2. 可分析FFT 3. 可分析LTA 4. 可分析Spectrogram 5. 可分析Cepstral 6. 可擴充AFT, MSP, VRP等檢查程式 二、Multi-Dimensional Voice Program (MDVP) 多維嗓音分析軟體 1. 可即時產生嗓音品質雷達圖 2. 可分析Jita, Jitt數值 3. 可分析Shim, NHR & Fo數值 4. 可依據不同性別提供雷達圖 5. 可整合受測者資料與雷達圖製作報告	1組	語言治療系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
24	112GOV035	112-11-066	基本款狗CPR 模型	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： *可進行CPR及插管練習 *口對鼻通氣時可觀察胸部起伏 *可手動模擬股動脈搏動 *尺寸:約91x43x27.9公分±1公分;重量:運輸重量約6.8公斤±0.5公斤 *搭配隨附模型鼻腔鏡，可以觀察鼻腔構造 -具6顆LED燈。 -可調整燈源亮度，具四檔亮度調節。 -使用時，紅燈閃爍。 -可即時、清楚觀看犬隻鼻腔，並且可Wifi無線連接投影畫面至手機。 -軟體具錄影與拍照功能，畫面可旋轉、倒置。 -含軟體下載QRcode。 -手柄3.5公分±5%，厚2.8公分±5%，葉片長14公分±5%，寬2公分±5%，重量約95公克±5%。 *模型包含 1.氣管插管CPR急救狗模型x1 2.收納袋x1 3.鼻口x10 4.可拋棄氣道x3 5.模型鼻腔鏡x1 *非中國製造	1組	寵物照護與美容系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
25	112GOV036	112-11-082	企業資源規劃(ERP)軟體	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 企業資源規劃(ERP)軟體 教育版30人 1. 我算算系統-訂單、採購單系統 a. 提供產品敘述說明，可由庫存檔帶入或自行登打。 b. 提供單據維護，廠商詢價管理及轉採購單功能，提供採購單列印、採購明細表報表。 c. 於輸入單據時可同一視窗內同時勾選多產品。 d. 提供內部請購管理及轉採購單功能。 e. 提供廠商請購管理及轉採購單功能。 2. 我算算系統-進銷存系統 a. 具多倉管理功能，並做安全存量及最高存量管控。 b. 產品代號可合併，並提供盤點清單，依實際盤點量輸入，並轉盤盈/虧單。 c. 借出單可直接轉銷貨單。 d. 登打入庫單自動產生領料單功能。 3. 我算算系統-會計帳務系統 a. 傳票登錄後無需過帳即可產出資產負債表、綜合損益表、試算表等財務報表。 b. 「傳票查詢權限控管」功能，於傳票輸入作業只能查看該使用者所登打的傳票資料。 4. 我算算系統-電子發票系統 a. 智慧檢查提供多項檢核機制防止發票開立異常。 b. 提供使用載具索取電子發票者可選擇列印交易明細。 c. 字軌號碼採匯入方式防止人員輸入錯誤。 d. 可接受共通性載具索取電子發票。 5. 上述軟體 包含教學8小時及軟體安裝 6. (報價需含稅及安裝費)	1台	醫務暨健康事業管理系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
26	112GOV037	112-11-088	AI人型機器人(AI終結者)_教育精裝版	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1.尺寸：365x 184mm±5mm。2.重量：淨重1.7kg±0.5kg。3.材料：超輕鋁合金表面硬化處理。4.電池：11.1V超大容量鋰電池並結合結構設計電力系統，可持續運行60min。5.17自由度(DOF)、人形機器人專用8路馬達控制器、提供圖形化介面。6.圖形化編輯介面：A.手持回授編輯動作B.馬達與人型對比調適介面優化C.校正馬達偏差介面7.雙核同步多執行序驅動架構，至少高於1.5GHz (含)以上四核心高速處理器及一組具PWM、AI/O與DI/O之PlayPython操作系統，需含作業系統。	1式	通識教育中心	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
27	112GOV038	112-11-107	安全護具展示套組	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： a.移動式 b.個人防護具套件	1組	職業安全衛生系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
28	112GOV039	112-11-112	動物專用多功能數位監護儀	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 智慧觸控螢幕，操作簡單，資料顯示介面設計一目了然 2. all-in-one多功能監測螢幕顯示，不需外接電腦 3. 測量所有BP參數，心率，溫度 4. 獨特的NSV專有功能，消除偏高、偏低的異常值，提高精準度，增強準確判讀能力 5. 唯一給Petmap設備使用的PPO設計，提高了直接讀數的相關性及動脈內的壓力測量 6. 手術模式提供血壓監測時間提醒 7. 便攜性，掌上使用，可選配保護套 8. 可加SD儲存卡存儲紀錄和螢幕截圖 9. 使用2A電池或AC 110V 10. 測量範圍:Blood Pressure Range: Systolic BP: 40-265 mmHg MAP: 30 -200 mmHg Diastolic BP: 25 - 195 mmHg Heart Rate Range: 40-240bpm 11. 尺寸:6.0"H(+5%) x 3.2"W (+5%)x 1.25"D(+5%)	1台	寵物照護與美容系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
29	112GOV040	112-11-116	15人置物櫃	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： W105(+5%)*D51(+5%)*H180(+5%)(cm) 顏色：白色 塑鋼材質 附鑰匙鎖 每一小門31*31(cm)	3個	長期照顧經營管理系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
30	112GOV041	112-11-118	程控三溫純水飲水機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 電壓:110V、220V 尺寸:寬435 x 深490 x 高1390 mm 功率:熱水1100W、冰水 245W (110V)、熱水2000W、冰水245W(220V) 容量:熱水22公升、溫水10公升、冰水4公升 杯取出水量:熱水32公升/小時、冰水17公升/小時(110V) 熱水60公升/小時、冰水17公升/小時(220V) 主要功能： 1. 單一出水龍頭雙層防護，隔絕外界汙染 2. 易拆式接水盒，方便清洗，出水按鍵盲人點字設計 3. 彩紋鏡面銅板外殼不生鏽，易清潔，美觀大方 4. 熱水鎖定、連續出水、再沸騰裝置 5. 節電、多段保溫設定 6. 冰、溫水均煮沸後冷卻，不會喝到生水 7. 可依使用習慣選擇每周1~7次殺菌，保證驗菌合格 8. LED數字顯示冰、溫、熱三種水溫 9. 機器故障顯示異常碼 10. 故障、停電、缺水、漏水時，具有斷電及斷水功能 11. 熱缸採開放式無壓力設計，避免高壓造成熱缸易破裂或爆炸之危險 12. 停電時微電腦設定資料自動記憶	1台	長期照顧經營管理系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
31	112GOV042	112-11-122	脈診儀系統	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 1. 硬體:脈搏波感測器一台 (1)產品包含感測器一台、產品說明書一份、真皮保護套一只。(2)顯示螢幕0.96吋OLED，分辨率128X63。(3)通信:藍芽BLE4.2。功耗:低於40mA。(4)硬體感測器保固期一年，人為毀損非保固範圍內。 2. 軟體:PulseCheckUp Pro版，五年期無限次量測分析服務 (1)分析內容包含:體質類型、健康指數、身體年齡、8條經絡脈相分佈、經絡改變狀態(風的狀況)、趨勢分析、比較分析，個人化的飲食、運動、物理治療及生活、芳療建議。(2)每組包含1個主帳號及6個子帳號，每月無限次量測。(3)訪客男女(體驗用)各1個帳號，每月20次量測次數。(4)支援iPhone 7(iOS 12以上系統)、Android 6.0以上系統之手機/平板。 3. 軟體:電腦版分析數據查閱匯出功能	1套	調理保健技術系	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
32	112GOV043	112-14-001	航拍無人機	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 飛行器：重量：570 g；尺寸：折疊：180x97x74 mm（長 x 寬 x 高）／展開：183x253x77 mm（長 x 寬 x 高）；對角線軸距：302 mm；最大上升速度：4 m/s（運動檔）／4 m/s（普通檔）；最大下降速度：3 m/s（運動檔）／3 m/s（普通檔）／5 m/s（運動檔、俯衝）（4500 米以上會限制俯衝速度至 3 m/s）；最大起飛海拔高度：5000 m；最長飛行時間（無風環境）：34 分鐘；最長懸停時間（無風環境）：33 分鐘；最大續航里程：18.5 km；最大水平飛行速度：19 m/s（運動檔）／12 m/s（普通檔）／5 m/s（三腳架模式）；最大抗風等級：5 級風；最大可傾斜角度：35°（運動檔）／20°（普通檔）*/* 強風狀況下為 35°；螺旋槳：靜音快拆折疊槳／GNSS：PS+GLONASS；指南針：單／IMU：單／機身內置儲存容量：8 GB；電池容量：3500 mAh／額定電壓：11.55 V／充電限制電壓：13.2 V／電池類型：LiPo 3S；相機影像感測器：1/2 英寸 CMOS／有效像素：1200 萬以及 4800 萬；鏡頭：視角：84°／等效焦距：24 mm／光圈：f/2.8／對焦點：1 m 至無窮遠／ISO 範圍：影片：100-6400；照片拍攝模式：單拍：1200 萬像素和 4800萬像素、連拍：1200萬像素；自動包圍曝光（AEB）：1200 萬像素，3/5 張@0.7EV；定時拍：1200 萬像素 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒；智能拍照：場景識別、純淨夜拍和 HDR；HDR 全景：豎拍（3x1）：寬 3328x高 8000／廣角（3x3）：寬 8000x高 6144；180° 全景（3x7）：寬 8192x高 3500；球形全景（3x8+1）：寬 8192x高 4096；錄影畫質及幀率：4K Ultra HD: 2688x1512 24/25/30/48/50/60 fps；FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps；4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30 fps；2.7K HDR: 2688x1512 24/25/30 fps；FHD HDR: 1920x1080 24/25/30 fps；支援記憶卡容量：最大支援 256GB 記憶卡；支援文檔系統：FAT32 及 exFAT；數碼變焦：支持；雲台軸數：3 軸（俯仰、橫滾、偏航）；結構設計範圍：俯仰：-135° 至 45°／橫滾：-45° 至 45°／偏航：-100° 至 100°；安全避障系統：APAS（高級輔助飛行系統）3.0；圖傳系統，圖傳方案：Ocusync 2.0／2.4 GHz/5.8 GHz 自動切換圖傳系統；最大圖傳距離：10 km（FCC），6 km（CE），6 km（SRRC），6 km（MIC）；即時圖傳品質：720p/30fps 或 1080p/30fps；圖傳最大碼率：12 Mbps／遙控器，遙控圖傳系統：OcuSync 2.0；支援接口類型：Lightning，Micro USB，USB-C；充電器，輸入：100-240 V，50/60 Hz，1.3 A；輸出：電池接口：13.2 V＝2.82 A／USB 接口：5 V＝2 A；電壓：13.2 V／額定功率：38 W	1台	學務處	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
33	112GOV044	112-14-009	43吋直立式 電子看板	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 解析度1080P FULL HD／面板43吋／USB 2.0 兩個／電源供應100 V -240V AC／喇叭左右聲道輸出內置雙4R/20W, 8R/10W／儲存容量內建8G／作業系統Android／組合尺寸(含底座) H1881 / W593 / D450 mm	1台	學務處	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。
34	112GOV045	112-14-010	氣球拱門	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： 外徑11米 內徑8米 外高6.3米 內高4米／含打氣機	1組	學務處	112年3月27日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。