

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
110GOV010	人體運動機能評估系統	(報價需含稅及安裝費) 主機 尺寸：650*160*1225mm 重量：35kg 連接埠：2*USB2.0、1*RJ45 LAN 顯示器：43吋，1080P（壁掛式. 不含圖示中支架）測力平台 尺寸：920*520*70 mm 重量：40kg 掃描頻率：200Hz 最大測量範圍：2000公斤 輸出參數：平均肌力、最大肌力、重心位置、下肢肌力等 穿戴式傳感器 尺寸：36.5*30*13mm 數量：2組（每組3個）無線網路：802.15.4 無線通訊協定：2.4GHz	1組	運動健康與休閒系	110年3月26日上午10時	詳細規格請參閱投標文件
110GOV011	平板式嬰兒安妮	(報價需含稅及安裝費) 1. 心肺復甦術全身式嬰兒2. 2010AHA設計3. 可搭Laerdal各QCPR裝置4. 人為產生脈搏5. 模擬舌頭阻塞住呼吸道6. 可執行各式呼吸道開啟7. 可模擬頭頸過度曲張時之氣道阻塞8. 擬真的吹氣及胸外按壓9. 氧氣氣流偵測可到ml程度，且可發出提示聲10. 胸外按壓深度38-40 mm；最深可45mm11. 二指按壓法或環胸拇指按壓法12. 可拆式橡膠臉皮及可拆式肺袋，方便更換。13. 以1顆1.5伏特或AC電源供電。	3具	幼兒保育系	110年3月26日上午10時	詳細規格請參閱投標文件

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
110GOV012	生物安全櫃	(報價需含稅及安裝費) 1. 生物安全櫃設計標準：通過NSF/ANSI 49生物安全櫃認證 2. 不含腳架之外部尺寸：4呎櫃體：寬:134 ±5%公分；深:75.3 ±5%公分；高：140 ±5%公分。 3. 腳架具備可固定輪組，高度可達28英吋。 4. 超高效率過濾網(ULPA FILTER)規格：ULPA濾網效率優於傳統HEPA效率十倍 下吹過濾網和排氣過濾網對於0.3微米(μm)的粒子，須達99.999%的捕集效率。(檢附證明文件) 5. 風車馬達：變頻省電型風車馬達，可自動補償調整馬達轉速，使風速保持穩定維持不變的氣流量，進而減少性能退化 6. 操作艙：內部為厚度1.5mm之304不鏽鋼，一體成形無接縫處以免汙染，轉角處為大角度彎角設計以便清潔。操作艙底板須具備手提裝置，以便提起清潔內部。操作艙口需具備與操作艙同寬之手枕，利於使用者在操作時手部舒適，且避免手部放置於迴風處干擾氣流造成汙染。 7. 機台外部為1.2mm鍍鋅鋼板輔以抗菌塗層包覆，此抗菌塗層可以在24小時內殺滅99.9%微生物。 8. 操作介面及活動拉門：(1) 玻璃拉門開口高度為6英吋，拉門超過6英吋高時具警報功能。(2) 玻璃拉門向操作艙內部傾斜5度角設計，以增加工作視野，減少燈反射。 9. 燈光設計：(1) 紫外燈具備機械定時功能，完成滅菌後可以關閉電源 (2) 操作艙燈源亮度需> 1700lux 10. 操作艙內須附2組插座，插座位於操作艙兩側，減少電線干擾。插座須具備防水蓋，以避免觸電風險。並且具備外部開關，可從機台外部啟閉電源供應，以利緊急時斷電用 11. 具機械式流量器，可顯示壓力。 12. 電源為115±5V/60HZ，並附安全接地插頭，以確保用電安全。 13. 噪音：<57.5dBa	1台	醫學檢驗 生物技術系	110年3月26日 上午10時	詳細規格請 參閱投標文件

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
110GOV013	微量檢體影像測定儀	(報價需含稅及安裝費) 1. 冷卻式灰階影像捷取系統, 可降溫 / -25℃ (室溫以下). 2. CCD解析度: 晶片解析度 144萬畫素, 影像解析度 900萬畫素. 3. CCD定量解析點深度: 16Bits, 灰階度: 65535. 4. 敏感度: 可調整, 設定 1 - 8 等級. 5. 單一張影像曝光時間可設範圍: 0.001 秒 - 100,000 秒(>40小時). 6. 多重時間自動連續擷取: 可設10種或以上不同曝光時間連續擷取, 影像可累加積分, 此動作可自動重5次以上, 內設200組自動連續擷取程式. 7. 適用EtBr Gel, SYBR Green Gel, SYPRO Orange Gel, SYPRO Ruby, western blot, Xray film, TLC, Commasie blue Gel, Colony plate, Realtime electrophoresis, Chemilluminance. 8. 白光光源: 反射式.8Wx2. 9. 安全門控制紫外線門開自動關閉或門開紫外線連續開方便觀察切割 gel. 10. 可定量電泳膠計算每一條band強弱, 可作不同螢光影像的重疊表現, 可以計算規則面積, 不規則面積大小, 作直線, 曲線長度的量測. 11. 左右雙門, 手可伸入暗箱操作, 門上有抗UV透明視窗. 12. 正面中間部位抗UV透明視窗: 安全雙層抗UV板. 13. 內鑲式觸控式螢幕10", 節省空間. 14. 內建微型處理控制系統: 900GB儲存空間, Wi-Fi, USB輸出孔. 15. 樣品置放架...1個 : 可提供3種高度(115 mm, 200 mm, 260 mm), 背景干擾低	1台	醫學檢驗 生物技術系	110年3月26 日上午10時	詳細規格請 參閱投標文 件
110GOV014	分光光度計	(報價需含稅及安裝費) 光學設計 : 單光束 光譜帶寬 : 5nm 光源 : 鹵素燈泡, 壽命 > 1000 小時 偵測器 : 矽光電二極體 波長範圍 : 325...1100nm 精確度 : ±2nm 再現性 : < ±1nm 掃描速度 : 自動 1200nm/min max. 數據解析度 : 1nm 光譜範圍 : -3A...+3A 顯示範圍 : -3A...+3A, 0...200000%T; 9999999C 精確度 : ±0.002A (0...0.3A); ABS 讀值 0.5%(0.301A...2.5A) 重覆性 : ±0.002A 飄移 : < 0.002A/Hr 迷光 : < 0.1%T @340/400nm 基準線平坦度 : < 0.003A 顯示幕 : 5" 彩色, 800x480 像素, 23 鍵面板 印表機可選配 : 內嵌式熱感紙印表機 (紙幅 80mm) 連接埠 : USB -A, USB -B 尺寸 / 重量 : 355x385x19 5±5% mm / 7.5±5%Kg 電源供應 : 100 -240VAC 50/60Hz	1台	醫學檢驗 生物技術系	110年3月26 日上午10時	詳細規格請 參閱投標文 件

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
110GOV015	無線wifi彩色超音波掃描儀	(報價需含稅及安裝費) 掃描模式：雙頭電子式(線性+凸型) 顯示模式：B, B/M, B+Color, B+PDI, B+PW 探頭素子：128 雙掃描探頭一體式 探頭頻率：線性探頭：7.5MHz/10MHz+凸型探頭：3.5MHz/5MHz 影像調整：BGain, TGC, DYN, Focus, Depth, Harmonic, Denoise, Color Gain, Steer, PRF 影像回放：100~1000張 計算方式：長度, 面積, 角度, 心率, 產科計測 影像儲存格式：jpg, avi ,DICOM format 影像更新速度：每秒18張 電池工作時間：2.5小時 外觀尺寸：長度156mm, 寬度60mm, 高度20mm 重量：250公克 Wifi型式及速度：802.11g/20MHz/5G/450Mbps 工作系統：Apple iOS and Android, Windows	1台	醫學檢驗 生物技術系	110年3月26 日上午10時	詳細規格請 參閱投標文件