

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
110GOV032	排球扣球訓練機	(報價需含稅及安裝費) 規格： 1.可手搖調整高度183-335cm，具數字刻度標示可微調高度。 2. 移動式(可前後左右移動)附強化耐重移動輪附煞車。 3. 自動供球軌道可容納12顆球以上，可供連續訓練使用。 4. 開口式集球籃，至少可存放12顆以上排球，以利多球練習。 5. 夾球裝置可自動補球也可依球號大小調整夾球力道，高密度 泡棉夾具不傷球也不傷手。 6. 三角柱體配重式底座，穩定平衡不晃動。 7. 材質：高品質鋼管，表面靜電粉體烤漆加熱固化，形成比傳統 塗料更堅硬的硬質面漆光亮不易掉漆。 8. 機身具有原廠出廠編號銘牌標示。 9. 產地不得為中國大陸。 10. 投標時需檢附產品型錄。 11. 交貨時需檢附進口證明文件。	1台	體育室	110年5月5日 上午10時	詳細規格請參閱投標文件(第二次招標)
110GOV033	綜合驗光儀	(報價需含稅及安裝費) "調整範圍 1、球面度：+16.75D to -19.00D (0.25D step) (0.125D step輔助片) +26.75D to -29.00D(optional) 2、散光度：0 to -6.00D(-8.00D輔助片) (0.25D step) (0.125D step輔助片) 3、軸度：0~180° 4、交叉柱鏡：±0.25D (±0.37D and ±0.50D optional) 5、旋轉式稜鏡：0 to 20△ (1△step) 6、PD：48 to 80mm (1mm step) 7、額頭架：16mm 8、融合會聚：∞ to 400mm 內置輔助鏡 (O) 開放光圈 (OC) 遮眼器 (±0.50) ±0.50D交叉圓柱 (6△U) 6稜鏡屈光度，基底向上 (PH) 針孔 (+12) +0.12D輔助鏡頭 (RL) 紅色濾鏡 (RMH) 紅色Maddox rod，水平 (RMV) 紅色Maddox rod，垂直 (PI35°) 偏光鏡，軸135° (P45°) 偏光鏡，軸45度 (R) 視網膜鏡，+2.00D，距離為50CM 附件 1、近讀視力桿：1支 2、近讀視力表：1片 3、輔助鏡-0.12D：2片 4、輔助鏡-2.00D：2片 5、清潔用吹球刷：1個 6、防塵套：1個 7、需附衛生福利部醫療器材核准輸入證明或製造醫療器材之證明 8、產地須非大陸製品"	5台	視光系	110年5月5日 上午10時	詳細規格請參閱投標文件(第二次招標)

案號	品名	參考簡略規格	數量	申請單位	截止投標日期、時間	備註
110GOV034	數位影像裂隙燈顯微鏡	(報價需含稅及安裝費) "數位影像裂隙燈顯微鏡 1. 5級變焦5倍，10倍，16倍，25倍，50倍（傾斜角度：13.2°） 2. 目鏡放大12.5倍 3. 目鏡屈光度調節範圍8D~+ 8D 4. PD調整範圍55毫米到80毫米 5. 工作距離100.5毫米 6. 到達距離314.0毫米 照明系統 1. 光源5W鹵素色白光LED 2. 裂隙寬度0毫米至16毫米連續可變、旋轉角度左右90° 3. 裂隙長度Φ0.2, 1, 2, 5, 10, 14, 16mm，1至12mm連續可變 4. 裂隙垂直角度0°，5°，10°，15°，20° 5. 狹縫傾斜寬度距目標表面左右8毫米 6. 過濾器完全透明，ND（減少12.5%），綠色，藍色 影像系統 1. 分辨率2592×1944 ppi分辨率，500萬像素 2. 視頻圖像輸出HD 1296×972像素 3. 幀速率30 fps 4. 接口USB3.0 5. 電源輸入：5V，功耗：3W 6. 重量790克 數據存儲 1. 圖像JPEG 2. 錄影AVI 主機滑動檯 1. 水平移動100 x 110毫米（操縱桿操作） 2. 垂直移動30毫米（操縱桿旋轉） 重量、尺寸 1. 主體13公斤 2. 350（W）×678.5（H）×387（D）mm 配件 1. 台製電動升降桌 2. 高解析亮面螢幕 3. 系統電腦" 註:需附衛生福利部醫療器材核准輸入證明和出廠證明或進口報單(產地非為中國大陸)。	2組	視光系	110年5月5日 上午10時	詳細規格請參閱投標文件(第二次招標)