

項次	案號	序號	品名	規格內容及注意事項	數量	申請單位	截止報價日期、時間	備註
1	110GOV225		寶貝機H-bot 攜帶款	(報價需含稅及安裝費) 報價注意事項：1.報價請評估水電及安裝費用，含責任施工，請至儀器設備放置地點實地勘查。2.設備安裝須含獨立電源，並符合電工法規。3.允許同等品報價。4.報價單請註明廠牌及型號。 規格內容： (1) 觸控螢幕(使用者介面以直覺性圖形化介面呈現，透過觸控螢幕點選操作即可)具Wifi 連線功能 (2) 健保卡讀卡機(健保卡或Rfid 感應或手輪ID 登入做為使用者身份之識別) (3) 額溫計*1(紅外線感測式)量測範圍：32-42.9℃ 量測精度：+/-0.3℃ (4) 內嵌式血壓計*1(壓脈帶式) 量測範圍：血壓0-299mmHg / 脈搏40-180 次/分 量測精度：血壓+/-3mmHg / 脈搏讀數+/-5%以內 (5) 坐站速度量測(內嵌式計時) (6) 傳輸型握力計*1 荷重元式量測範圍：0-99kg 量測精度：0.1kg (7) 傳輸型體脂計*1 體重、體脂、BMI、肌肉量、內臟脂肪、體年齡 (8) 雲端健康管理系統： 症狀分析系統及危險因數分析系統 智慧資料分析系統：立即數值異常分析及提醒顯示 健康管理之報告匯入及儲存:資料保密及管理機制，平臺系統資料加密機制 (9) 服務統計：提供服務個案數、各項服務量、異常統計分析 (10) 衛部醫器製字第005751 號	1組	護理學院	110年9月22日下午17時	報價廠商請於規定期限內將報價單(報價單須含詳細規格型錄以利校方審查)送交總務處事務組張先生，分機：268。